

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wykonano adiustację w punkcie $E_{\text{wskazane}} = 100,0 \text{ lx}$
Wartość E_{wskazane} przed adiustacją wynosiła 99,7 lx

Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia

Zakres pomiarowy lx	Wskazanie wzorcowanego przyrządu lx	Wartość odniesienia lx	Niepewność pomiaru %
50	0,500	0,490	2,5
	1,000	0,994	2,5
	3,000	2,989	2,5
	5,000	4,988	2,3
	25,00	24,91	2,3
	49,00	48,83	2,3
5000	50,0	49,9	2,3
	2500	2491	2,3
	4900	4884	2,3
500000	5000	4980	2,3
	7500	7485	2,3
	10000	9989	2,3

Autoryzował(a):

STARSZY INSPEKTOR
Andrzej Konieczny