

**WYNIKI
WZORCOWANIA**

Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej:

1. Natężenie światłaPomiary dla źródła światła żarowego o temp. barwowej $(2856 \pm 35)K$

Zakres	Wartość odniesienia	Zmierzona wartość natężenia światła	Błąd pomiaru	Niepewność pomiaru
lx	lx	lx	lx	lx
4	0,000	0,000	0,000	0,002
	0,500	0,498	-0,002	0,016
	1,000	0,998	-0,002	0,031
	3,80	3,82	0,02	0,12
40	3,80	3,81	0,01	0,12
	38,0	38,3	0,3	1,3
400	38,0	38,3	0,3	1,3
	100,0	101,3	1,3	3,1
	380	385	5	12
klx	klx	klx	klx	klx
4	0,38	0,38	0,00	0,02
	1,00	1,01	0,01	0,04
	3,80	3,83	0,03	0,13
40	3,80	3,83	0,03	0,13
	6,00	6,04	0,04	0,19

Autoryzował

Dawid Rybicki

