



ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA



Strona: 1/1

PRZEDMIOT SPRAWDZENIA

Luksomierz cyfrowy typu  nr fabryczny : 
wytwórca : CHINY.

ZGŁASZAJĄCY



METODYKA SPRAWDZENIA

Instrukcja wewnętrzna sprawdzania luksomierzy nr 8/LX/2010..
Metoda porównawcza z żarówką wolframową o temperaturze żarzeni
włókna 2854° Kelvina.

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA

Wyniki badania zostały odniesione do państwowego wzorca jednostki
światłości GUM przez zastosowanie luksomierza LXP-2 nr fabr. BL0833,
z głowica nr fabr. CC0995-Świadectwo Wzorcowania nr 176370/17.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Temperatura (21,5 ÷ 23,5) °C oraz wilgotność względna (30 ÷ 45) %.

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że przyrząd spełnia wymagania ustalone
w przepisach metrologicznych i może być stosowany jako użytkowe narzędzie
pomiarowe. W zakresie kontrolowanych parametrów błędy wskazań przyrządu
nie przekraczają wartości dopuszczalnych podanych przez producenta.

UWAGI

Wskazania przyrządu pomiarowego powinny być kontrolowane zgodnie
z harmonogramem użytkownika, uwzględniającym warunki i intensywność
eksploatacji oraz po każdej naprawie.
Niniejsze świadectwo traci swoją ważność w przypadku uszkodzenia miernika.

